

|               |      |  |     |    |         |
|---------------|------|--|-----|----|---------|
| *HBc-IgM 抗体   |      |  |     |    | 2256000 |
| HBc-IgMAb     |      |  |     |    | 担当部署    |
| 検査オーダー        |      |  |     |    | 外注      |
| 患者同意に関する要求事項  |      | 特記事項なし                                       |     |    |         |
| オーダーリング手順     | 1    | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→                |     |    |         |
|               | 2    |  |     |    |         |
|               | 3    |  |     |    |         |
|               | 4    |  |     |    |         |
|               | 5    |  |     |    |         |
| 検査に影響する臨床情報   |      | 特記事項なし                                       |     |    |         |
| 検査受付時間        |      | 8 : 15 ~ 16 : 00                             |     |    |         |
| 検体採取・搬送・保存    |      |  |     |    |         |
| 患者の事前準備事項     |      | 特記事項なし                                       |     |    |         |
| 検体採取の特別なタイミング |      | 特記事項なし                                       |     |    |         |
| 検体の種類         | 採取管名 | 内容物  | 採取量 | 単位 |         |
| 1             | 全血   | 10 青   | 分離剤 | 8  | mL      |
| 2             | -    | -  | -   | -  | -       |
| 3             | -    | -  | -   | -  | -       |
| 4             | -    | -  | -   | -  | -       |
| 5             | -    | -  | -   | -  | -       |
| 6             | -    | -  | -   | -  | -       |
| 7             | -    | -  | -   | -  | -       |
| 8             | -    | -  | -   | -  | -       |
| 検体搬送条件        |      | 室温   |     |    |         |
| 検体受入不可基準      |      | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物 |     |    |         |
| 保管検体の保存期間     |      | 検査委託先で 2 週間                                  |     |    |         |
| 検査結果・報告       |      |  |     |    |         |
| 検査室の所在地       |      | 株式会社 BML 総合研究所<br>350-1101 川越市的場 1361-1      |     |    |         |
| 測定時間          |      | 1 ~ 3 日                                      |     |    |         |

|          |      |                    |      |      |      |
|----------|------|--------------------|------|------|------|
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ |      |      |      |
| 基準値      |      |                    |      | 単位   | COI  |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値               | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
| 0        | 0.99 |                    |      |      |      |
| パニック値    | 高値   | 該当なし               |      |      |      |
|          | 低値   | 該当なし               |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      | 特記事項なし             |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略           |      |      |      |